

COTESERCA
SERVICIOS C.A.

Soluciones Confiables en Metrología

RIF: J-30607796-0

Nº 13949.023/15

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

EMPRESA
CUSTOMER

HIDROLAB TORO CONSULTORES, C.A.

CALLE SILVA ENTRE MONTES DE OCA Y CARABOBO, EDIFICIO HIELO EL POLO LOCAL C. LA CANDELARIA. VALENCIA

DENOMINACIÓN OBJECT	BALON AFORADO	MODELO MODEL	S-M
MARCA MANUFACTURER	PYREX	SERIAL SERIAL Nº	S-S
UBICACIÓN LOCATION	-----	CÓDIGO CODE	DSG-CRV-08-001

RANGO RANGE	2000 cm³
VALOR DE DIVISIÓN / RESOLUCIÓN SCALE INTERVAL / RESOLUTION	N/A
CLASE CLASS	A
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR	± 0,50 cm³

PATRONES UTILIZADOS STANDARDS USED	BALANZA ELECTRÓNICA
CÓDIGO CODE	PMC-40
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº CERTIFICATE OF CALIBRATION	5005.002/14
FECHA PRÓXIMA CALIBRACIÓN NEXT CALIBRATION	2015-08
TRAZABILIDAD TRACEABILITY	NIST - ESTADOS UNIDOS

LUGAR DE CALIBRACIÓN
INSTALACIONES DE COTESERCA SERVICIOS, C.A


CONDICIONES AMBIENTALES
TEMPERATURA: (20,1 ± 0) °C
HUMEDAD RELATIVA: (50 ± 1) %hr
PRESIÓN ATMOSFÉRICA: (961 ± 0) hPa

La Calibración de este instrumento se realizó por el Método Gravimétrico bajo los lineamientos establecidos en el Instructivo para la Calibración de Material Volumétrico IC07-01(02:01:02:04), Determinando la Incertidumbre con un factor de cobertura de K=2 para aproximadamente un 95% de nivel de confianza, expresando la misma con base a diez(10) mediciones.

FECHA DE CALIBRACIÓN	2015-08-13
CAL DATE	

PRÓXIMA CALIBRACIÓN	2016-08
DATE DUE (ESTABLECIDA POR EL CLIENTE)	

Este certificado no deberá ser reproducido parcialmente sin una autorización por escrito del laboratorio


OSCAR MORENO
Líder Técnico
CALIBRADO POR / CALIBRATED BY


EDUARDO REYES
Gerente Técnico
REVISADO POR / CHECKED BY

Evaluación Exterior:

El material presenta defectos de construcción apreciables a la vista, roturas o rajaduras

Sí

No

El trazo está recto y es legible

Sí ☒

No

Observaciones:

DETERMINACIÓN DE LA CORRECCIÓN

Valor	Corrección	EMP	Incertidumbre
Nominal			Expandida
cm ³	cm ³	± cm ³	cm ³
2000	-1,66	0,50	0,12

ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (EMP) SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

FIN DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

